

17.09.2021

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	Обґрунтування	
			технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	оцікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення предмета закупівлі
<p>Проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи води питної під час здійснення державного нагляду (контролю) (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 71900000-7 - Лабораторні послуги)</p>	<p>Відкриті торги UA-2021-09-17-007058-b</p>	<p>108 845,00 грн</p>	<p>З метою здійснення державного нагляду (контролю) в межах компетенції за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо санітарного законодавства для забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя визначена кількість випробувань:</p> <p>Вода питна:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Органолептичні показники (запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність) - 56; • Санітарно-хімічні показники (водневий показник, жорсткість загальна, залізо загальне, сульфати, сухий залишок, хлориди, амоній, нітрати, нітрати, окислювальністьперманганатна) – 560; • Мікробіологічні показники (загальне мікробне число, ентерококи, загальні коліформи, E.Coli) – 152; • Радіологічні показники (питома активність цезію-137, стронцію-90) – 26. <p>Лабораторії, які залучаються до проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) (далі - Лабораторії) повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути акредитовані в НААУ (Національне акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», на підтвердження чого учасники повинні надати копію атестата про акредитацію ДСТУ ISO/IEC 17025:2006; - мати засоби вимірювальної техніки, які калібровані або повірені, та випробувальне обладнання, яке атестоване у відповідності до вимог чинного законодавства України та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, необхідні витратні матеріали, на підтвердження чого учасники повинні надати довідку в довільній формі щодо наявності високоточного обладнання (атомно-абсорбційний спектрофотометр, хроматограф, гамма-бета спектрометр, імуно-ферментний аналізатор тощо), засобів вимірювальної техніки, які будуть використовуватися для проведення досліджень, та наявності відповідних документів щодо калібрування, повірки та атестації; - мати необхідний набір приміщень та матеріально-технічну базу (автотранспорт власний та/або орендований). Лабораторією повинні бути забезпечені умови, температурні режими для зберігання, транспортування зразків згідно вимог нормативних документів – надати довідку в довільній формі щодо наявності необхідних лабораторних приміщень, копії технічних паспортів, авто та/або договір оренди автотранспорту, фото машин; - мати фонд національних та європейських стандартів щодо безпечності об'єктів санітарних заходів та методик їх досліджень; - проводити відбір зразків за участю спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області; - відбір та доставку зразків об'єктів досліджень для випробувань здійснювати власними силами Лабораторії за допомогою власних засобів до місця проведення випробувань зразків впродовж часу, визначеного нормативними документами, від моменту відбору з забезпеченням умов незмінності параметрів, за якими будуть проводитися лабораторні випробування; - надавати протокол випробувань з висновком щодо відповідності (невідповідності) встановленим вимогам нормативного(них) документу(тів), який оформляється відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006; 	<p>Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням досвіду попередніх років за результатами проведених закупівель та моніторингового аналізу цін на ринку з надання зазначених послуглабораторіями, які акредитовані в Національному акредитаційному агентстві України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».</p>

			<ul style="list-style-type: none">- мати ліцензію на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів згідно із Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;- надати підтвердуючі документи щодо достатньої кількості кваліфікованого персоналу, необхідного для забезпечення відбору зразків в різних місцях Кіровоградської області та проведення досліджень в Лабораторії.	
--	--	--	--	--